

DERMATOLOJİK AMAÇLI CRYO CİHAZI, SIVI AZOT MUHAFAZA TANKI VE AKTARMA ÜNİTESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

CRYO CİHAZI TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

- CRYO CİHAZI ERGONOMİK BİR DİZAYNA SAHİP OLMALIDIR.
- CİHAZ DERMATOLOJİK TEDAVİLERDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ OLMALI VE BUNUN İÇİN GEREKLİ AKSESUAR CİHAZ İLE BİRLİKTE VERİLMELİDİR.
- CİHAZ TAŞINABİLİR OLMALI VE EN AZ 0.5 lt. SIVI AZOT KAPASİTESİNE SAHİP OLMALIDIR.
- CİHAZ TEKRAR TEKRAR DOLDURULABİLİR ÖZELLİKTE OLMALIDIR.
- CİHAZ ÜZERİNDE YÜKSEK BASINÇ HALİNDE EMNİYET VE TAHLİYE VALFİ OLMALIDIR.
- CİHAZIN SPREY UÇLARI CİHAZA KOLAYCA MONTE EDİLEBİLECEK VE KAÇAK OLUŞMASINI ÖNLEYECEK ŞEKİLDE VİDALI TİP OLMALIDIR.
- CİHAZ GÖVDESİ VE SPREY TETİĞİ KULLANICIYI SOĞUKTAN KORUYACAK ŞEKİLDE DİZAYN EDİLMİŞ OLMALIDIR.
- CRYO TABAĞI HER BİRİ MÜSTAKİL KULLANIMA UYGUN VEYA DÖRT DELİKLİ TEK PARÇA HALİNDE OLMALIDIR.
- CİHAZ YÜKSEK GERİLME DİRENCİNE SAHİP PASLANMAZ ÇELİK OLMALIDIR.
- CİHAZ İLE İLGİLİ TÜRKÇE KULLANMA KILAVUZU VERİLMELİDİR.
- CİHAZ İLE BİRLİKTE VERİLECEK OLAN PROB UÇLARI ALTIN KAPLAMALI OLMALIDIR.
- TEKLİF VERECEK OLAN ÜRETİCİ / İTHALATÇI FİRMALAR İLE BU FİRMALARIN ADI ALTINDAKİ BAYİLERİ T.C. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASINA KAYITLI OLMALIDIR.
- CİHAZ VE TÜM PROBLARI T.C. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ BARKOD NUMARASINA SAHİP OLMALI VE BU BELGELER DE TEKLİFLE BİRLİKTE VERİLMELİDİR.

SIVI AZOT MUHAFAZA TANKI VE AKTARMA ÜNİTESİ ÖZELLİKLERİ:

- SIVI AZOT TANKI: EN AZ 20 lt. OLMALIDIR.
- SIVI AZOT AKTARMAK İÇİN GEREKLİ EKİPMAN SIVI AZOT TANKINA MEKANİK OLARAK MONTE EDİLEBİLMELİDİR.
- AKTARMA ÜNİTESİ ÜZERİNDE EN AZ İKİ ADET BASINÇ EMNİYET VALFİ VE MANUEL TAHLİYE VALFLERİ MEVCUT OLMALI, TANK İÇERİSİNDEKİ BASINÇ TEHLİKE SINIRINA YAKLAŞTIĞINDA OTOMATİK VALF AÇILARAK, TAHLİYE SAĞLAMALI VE TANKTAKİ BASINCI REGÜLE ETMELİDİR.
- AKTARMA ÜNİTESİNİN MUSLUĞU SIÇRAMAYI ÖNLEYEN ÖZEL BİR FİLTREYE SAHİP OLMALIDIR.
- AKTARMA ÜNİTESİ ÜZERİNDE BASINÇ DEĞERİNİ GÖSTERİR BASINÇ MANOMETRESİ OLMALIDIR.
- AKTARMA ÜNİTESİ ÜZERİNDE 3.CÜ EMNİYET SİSTEMİ OLARAK GERGİLİ YAY SİSTEMİ MEVCUT OLMALIDIR.

CİHAZ İLE BİRLİKTE AŞAĞIDAKİ AKSESUARLAR VERİLMELİDİR:

- 4 ADET SPREY UÇ (A,B,C,D) – ALTIN KAPLAMA
- 1 ADET SÜPER SPREY UÇ – ALTIN KAPLAMA
- 1 ADET UZUN EĞİK SPREY UÇ – ALTIN KAPLAMA
- 1 ADET UZUN DÜZ SPREY UÇ – ALTIN KAPLAMA
- 1 ADET 2cm DÜZ SPREY UÇ – ALTIN KAPLAMA
- 1 ADET KONTAK PROB – ALTIN KAPLAMA
- 4 ADET DOKU SINIRLAYICI CRYO TABAĞI 1,5–3–5–8mm MİNİ SET. HER BİRİ MÜSTAKİL KULLANIMA UYGUN VEYA DÖRT DELİKLİ TEK PARÇA HALİNDE OLMALIDIR.
- 4 ADET DOKU SINIRLAYICI CRYO TABAĞI 10–12–15–18mm MAXİ SET. HER BİRİ MÜSTAKİL KULLANIMA UYGUN VEYA DÖRT DELİKLİ TEK PARÇA HALİNDE OLMALIDIR.
- 1 ADET SPREY PROB STANDI
- 1 ADET TERMOS KORUYUCU BANT
- 1 ADET CRYO CİHAZI STAND (MASA ÜSTÜ TABANLIK)
- 1 ADET CİHAZ VE AKSESUAR TAŞIMA ÇANTASI
- 1 ADET EN AZ 20 lt.lik SIVI AZOT TANKI
- 1 ADET SIVI AZOT AKTARMA ÜNİTESİ

GARANTİ VE BAKIM-ONARIM:

CRYO CİHAZI İMALAT HATALARINA KARŞI 2 (İKİ) YIL ÜCRETSİZ, 10 (ON) YIL ÜCRETLİ BAKIM ONARIM VE YEDEK PARÇA GARANTİLİ OLMALIDIR.